

<p><b>1</b> 1 Entscheidungsbefugte Zollbehörde</p> <p>Hauptzollamt Hannover Waterloostraße 5 DE 30169 Hannover</p>	<p>2 Referenznummer der vZTA-Entscheidung</p> <p>DEBTI-29962/24-1</p>
<p>3 Inhaber (vertraulich)</p> <p>DE7178093 Ormed GmbH Bötzing Str. 90 DE 79111 Freiburg</p>	<p>4 Beginn der Gültigkeit der Entscheidung 21.10.2024 Ende der Gültigkeit der Entscheidung 20.10.2027 Enddatum der erweiterten Verwendung Menge Grund der Ungültigkeit</p>
<p><b>1</b> <b>Wichtige Hinweise</b></p> <p>Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 34 Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates bleibt diese vZTA vom Beginn der Gültigkeitsdauer an gerechnet drei Jahre gültig.</p> <p>Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Europäischen Kommission für Zwecke der Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/2447 der Kommission [IA-I-2-20] gespeichert, und die vZTA-Daten, einschließlich etwaiger Lichtbilder, Abbildungen, Produktinformationen usw., jedoch ohne die Angaben in den Feldern 3 und 8, können der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht werden. Der Inhaber hat das Recht, einen Rechtsbehelf gegen die vZTA einzulegen.</p>	<p>5 Datum und Registriernummer des Antrags</p> <p>01.07.2024</p> <p>6 Warennummer</p> <p>9019 1090 00 **** * 0 19% EUSt 0% Zoll</p>
<p>7 Warenbezeichnung</p> <p>Pneumatische Achillessehnenbandage, in verschiedenen Größen, in Form einer zusammengesetzten Ware aus einer anderen konfektionierten Ware (Achillessehnenbandage) aus elastischen glatten Gewirken aus Spinnstoffen mit offenem Fersen- und Zehenbereich der Position 6307 als Haltevorrichtung und einem mechanischen Massageapparat in Form von zwei spezifischen Luftpolstern aus Geweben der Position 9019 (charakterbestimmender Bestandteil im Hinblick auf die Bedeutung für die Verwendung).</p> <p>Die Bandage ist einseitig mit einem Schlitz im Knöchelbereich zum Durchführen des Halteklettbandes von außen nach innen versehen, welches durch die auf der Rückseite des verschiebbaren Achillessehnen-Luftpolsters befindliche Durchführung verläuft und beidseitig auf Knöchelhöhe an der Bandage fest angenäht ist. Zusätzlich ist das Achillessehnen-Luftpolster mit einem Hakenband an einem Flauschband im Achillessehnenbereich der Bandage fixiert. Ein zweites Luftpolster in ovaler Form ist plantar auf der Unterseite der Bandage in einer Art Tasche integriert und befindet sich bei angelegter Bandage unter dem Fußgewölbe. Beide Polster sind durch einen dünnen, kurzen Schlauch miteinander verbunden.</p> <p>Zur äußeren Form siehe Abbildung in der Anlage.</p> <p>Bei jedem Fußauftritt wird durch den Druck die Luft aus dem unteren Luftpolster in das obere Luftpolster gedrückt. Bei Entlastung strömt die Luft zurück in das untere Polster. Bei wechselnder Belastung, z. B. beim Wippen vom Fersen- zum Zehenstand, kommt es zu einer intermittierenden, pulsierenden, pneumatischen Kompression, die einer mechanischen Massage (Wechseldruckmassage) entspricht und die eine verbesserte Blutzirkulation erreichen soll. Die Ware wird zur Behandlung einer Achillessehnenentzündung oder Plantar Fasciitis verwendet.</p> <p>Die Ware, welche mit einer Anleitung in einem bedruckten Karton verpackt ist, wird als "Massageapparat, kein elektrisches Vibrationsmassagegerät" eingereiht.</p>	
<p>8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben (vertraulich)</p> <p>Art.Nr. 09AL, 09AM und 09AS Aircast Airheel</p>	

